



Przychodnia Medycyny Pracy Nr 1
ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67
tel. (56) 659-85-76

Przychodnia Medycyny Pracy Nr 2
ul. Bydgoska 76
tel. (56) 622-80-19

Przychodnia Medycyny Pracy Nr 3
Szosa Bydgoska 46
tel. (56) 654-25-39

Akademicka Przychodnia Lekarska
ul. Gagarina 39
tel. (56) 654-20-20

Wszyscy potencjalni Oferenci

WOMP-PN-7/2012

Toruń, dnia 24.09.2012 r.

dotyczy: zapytania o udzielenie wyjaśnień do przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych do wykonywania badań serologicznych w kierunku boreliozy wraz z dzierżawą aparatu do wykonywania tych badań do Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu.

Komisja Przetargowa Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny, Pracy w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67 ustala, co następuje

Dotyczy : Znak sprawy : WOMP – PN-7/2012 - zapytania z dn. 20.09.2012 r.

Dotyczy -warunków graniczny analizatora:

1. Pkt 2 . Czy Zamawiający dopuści czytnik płytek ELISA czytający każdorazowo całą płytkę ELISA. W przypadku mniejszej ilości próbek, pusta ramka ELISA będzie odczytywana jako wartości absorbancji zbliżone do zera?
„W odpowiedzi na zapytanie – informujemy, iż Zamawiający wyraża zgodę”.
2. Pkt 8 . Co Zamawiający rozumie poprzez opcję uptake?
„W odpowiedzi na zapytanie – informujemy, iż Zamawiający poprzez opcję uptake rozumie samodzielne pobieranie przez czytnik płytki do odczytu”.
3. Pkt 11. Czy Zamawiający dopuści czytnik ELISA z zewnętrznym oprogramowaniem przeliczeniowym oraz drukarką zewnętrzną podłączaną do standardowego komputera.
„W odpowiedzi na zapytanie – informujemy, iż Zamawiający wyraża zgodę”.
4. Pkt 13. Czy Zamawiający dopuści filtr 490nm zamiast 492? Zmiana filtrów nie będzie miała znaczącego wpływu na wartości odczytywane.
„W odpowiedzi na zapytanie – informujemy, iż Zamawiający nie wyraża zgody”.
5. Pkt 17. Czy zamawiający może określić jaka minimalna ilość próbek będzie odczytywana jednocześnie. Pozwoli to na dokładne określenie ilości kalibratorów, kontroli oraz trwałości odczynników po otwarciu.
„W odpowiedzi na zapytanie – informujemy, iż Zamawiający jednorazowo odczytywać będzie minimum 5 próbek badanych”.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu
Kierownik
Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej

Joanna Leszczyńska

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu
Dział Administracji Infrastruktury
i Eksploatacji Techniki
KIEROWNIK

Dariusz Kuc

DYREKTOR
lek. Stanisław Nikoła Byszewski